


# MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA


## precisión vs exactitud



PRECISO

EXACTO


Las mediciones están cerca del valor verdadero y cerca unas de otras.



PRECISO

INEXACTO


Las mediciones están cerca unas de otras pero no del valor verdadero.



IMPRECISO

EXACTO

Las mediciones están cerca del valor verdadero pero no están cerca unas de otras.



IMPRECISO

INEXACTO

Las mediciones no están cerca del valor verdadero ni cerca unas de otras.

### FUENTE:

Bernards, J., Mekeirele, M., Hoffmann, B., Peeters, Y., de Raes, M., & Malbrain, M. L. (2015).

Hemodynamic monitoring: To calibrate or not to calibrate? Part 2 — Non-calibrated techniques. *Anaesthesiology Intensive Therapy*. Published. <https://doi.org/10.5603/ait.a2015.0076>