



¿QUÉ PASA CUANDO SE RETIRA UNA AGUJA HUBER DE UN RESERVORIO?



Presión positiva con la Aguja Huber:
el **catéter** está **totalmente purgado**

Clampaje del
prolongador de
la Aguja Huber

El uso del clamp
impide el paso de suero



Retirada de la Aguja Huber: efecto de
aspiración en la punta del catéter.
V1= residuos de sangre