Retirar la fijación del prolongador (si se ha seguido esta recomendación)

Retirar apósito, 2 formas:
1 - Estirar de los extremos
2 - De arriba a bajo, en sentido de la piel

Estabilizar la aguja mientras se retira el apósito

Retirar las tiras de fijación y la almohadilla

Comprobar el reflujo y lavar la aguja con suero fisiológico

Estabilizar la aguja antes de la retirada

Activar el mecanismo de retirada de la aguja



Retirar la aguja.
Asegurar la estabilidad del puerto e inyectar el suero mientras se retira. Al activar el mecanismo de la aguja se haría la presión positiva de manera automática y así lo puede hacer un solo operador



Deshechar la aguja en un contenedor de seguridad para objetos punzantes

Protocolo de retirada de la Aguja Huber

VYGON Value Life