

# Qué dispositivo de inflado elegir según el tipo de intervención endovascular

## Angioplastia

Angioplastia coronaria    Angioplastia periférica  
↓                        ↓  
Estándar    Compleja

## Implante de stent en aneurisma



**Inflador compacto**  
• 20 cc  
• 30 atm  
• bloqueo manual

## Embolectomía con balón



Jeringa estándar con conexión luer-lock

Valvuloplastia →

Lesiones calcificadas →



**Inflador de alta presión**  
• 30 cc  
• hasta 40 atm  
• diseño ergonómico



Los infladores **compacto** y **de gran volumen** soportan hasta 30 atm, lo que los hace adecuados para la mayoría de angioplastias.

Los de **alta presión** quedarían reservados para valvuloplastias y casos complejos.